

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості та/ або розміру бюджетного призначення
в межах закупівлі UA-2023-06-15-013473-а

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710".

Мета проведення закупівлі: для покращення надання реабілітації та розширення реабілітаційних послуг у МРЦ МВС України «Кремінці»

Замовник: МРЦ МВС України «Кремінці»

ЄДРПОУ: 08733802

Вид процедури: Відкриті торги з Особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-06-15-013473-а

Предмет закупівлі: Класифікація за ДК СРВ 021: - 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Фізіотерапевтичний комплекс)

Очікувана вартість предмета закупівлі: 155 000.00грн. з ПДВ (сто п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі сформований з урахуванням Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та на підставі отриманих комерційних пропозицій.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Апарат електротерапії
Проведення процедури лікування двом пацієнтам одночасно
Сенсорний кольоровий дисплей, розмір по діагоналі не менше 14.5 см
Можливість управління всіма параметрами проведеної терапії безпосередньо з сенсорного дисплея
Відображення всіх параметрів терапії, включаючи час (з точністю до секунди) до кінця терапії, інтенсивність, потужність, форми впливу безпосередньо на екрані апарату
Вбудована в апарат база даних пацієнтів, з можливістю призначення кожному з пацієнтів власних протоколів лікування
Обов'язкова самодіагностика аплікаторів і плати генератора сигналу
Наявність вбудованого керівництва користувача і допомоги (містить номер програми, параметри терапії, розміщення електродів, час лікування, частоту сеансів, кількість сеансів, рекомендації щодо інтенсивності, ефект, примітки)
Запрограмованих «діагнозів» не менш 58
Збереження в апараті користувачем власних протоколів лікування не менш ніж 500
Автоматичне розпізнавання апаратом підключених аксесуарів
Перегляду останніх 20 протоколів лікування
Звукова індикація роботи апарату і проведення / завершення процедур з можливістю її налаштування
Установка коду доступу, який не дозволяє стороннім особам працювати з апаратом
Послідовності, що програмуються з можливістю зберігання у пам'яті приладу не менш 50
Можливість підключення до апарату вакуумної терапії для комбінованого використання
Електротерапія:
- Наявність перевірки контакту електродів
- Наявність режиму постійного струму та постійної напруги
- Інтенсивність вихідного струму апарату в режимі постійного струму від 0 до 140 мА
- Інтенсивність вихідної напруги апарату в режимі постійної напруги від 0 до 130 В
- Реверсування полярності електродів безпосередньо з апарату
- Наявність електродіагностики
- Час терапії від 1 с до 100 хвилин, з кроком 1 с

Модуляція струму:

- Постійна частота
- Випадкова частота
- Синусоїдні імпульси
- Трапецієподібні імпульси
- Симетричні імпульси

Наявність типів струмів:

- Гальванізація, іонофорез
- Токи Träbert, Farad, Neofarad
- Діадінамічні струми
- TENS
- Прямокутні імпульси
- Трьохкутні імпульси
- Експоненціальні імпульси
- Комбіновані імпульси
- Стимуляційні імпульси
- Російська стимуляція
- 2-полюсна інтерференція
- 4-полюсна інтерференція
- Векторна та ізопланарна інтерференція
- Н-хвилі
- Мікроструми
- Струм Leduc

Наявність електрода з металізованої гуми 7*5 см – 4 шт.

Наявність губкового покриття 7*5 см – 4 шт.

Розмір апарату 230 x 390 x 260 мм

Вага апарату не більш 5 кг

Можливість підключення спеціального візка для приладу з колесами та спеціальним фіксатором (опція)

Заступник директора
по лікувальній частині

Василь ШЕРЕМЕТА

Уповноважена особа

Мирослава БОЙКО

Директор
МРЦ МВС України
«Кремінці»

Олександр ДОМБРОВАН

